



Warszawa, dnia 19 września 2017r.

ADZ.261.14.(718.).2017

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: dostawy systemu do badania powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR) wraz z oprogramowaniem, odczynnikami i materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, nr sprawy ADZ.261.14.2017.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło w dniu 18 września 2017 r. w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, zwany dalej Zamawiającym, na mocy 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie Wykonawcy :

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu, który pozwala na prowadzenie badań typu „fragment screening”, ze względu na odpowiednią czułość, ale nie posiada dedykowanego modułu analitycznego do tego typu badań? Pragniemy nadmienić, że badania te są możliwe do przeprowadzenia, z wykorzystaniem podstawowego oprogramowania, natomiast analiza może potrwać nieco dłużej, ze względu na brak dedykowanego modułu przesiewowego.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu, który pozwala na prowadzenie badań typu „fragment screening”, ze względu na odpowiednią czułość, ale nie posiada dedykowanego modułu analitycznego do tego typu badań.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców zaproszonych do złożenia oferty. Pozostałe zapisy SIWZ zostają bez zmian.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w terminie **do dnia 22 września 2017 roku do godz. 12:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **22 września 2017 roku o godz. 12:30**.

Główna Kancelaria
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej

mgr Hanna Iwanukowicz

.....
podpis Kierownika Zamawiającego