



Warszawa dn. 27 września 2017 r.

sygn. ADZ.261.14.2017

**Wykonawcy
- uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu do badania powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR) wraz z oprogramowaniem, odczynnikami i materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, iż w postępowaniu na dostawę systemu do badania powierzchniowego rezonansu plazmonowego (SPR) wraz z oprogramowaniem, odczynnikami i materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, została wybrana oferta Wykonawcy **GE Medical System Polska sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa**, która zdobyła największą liczbę punktów – 89,90 - przy uwzględnieniu wszystkich określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów.

Szczegóły dotyczące złożonych ofert, w tym ocena punktowa zostały zawarte w Załączniku do niniejszego pisma.

Dyrektor
Międzynarodowego Instytutu
Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie

Prof. dr hab. Jacek Kuźnicki

Podpis Kierownika Zamawiającego

Załącznik

L.p.	Nazwa (firma) wykonawcy	Cena oferty brutto oraz liczba punktów przyznanych w kryterium ceny	Nieodpłatne przeglądy okresowe (nie rzadziej niż raz w roku) z nieodpłatną wymianą części zużywalnych oraz liczba punktów przyznanych w ramach kryterium	Liczba programowalnych wlotów buforów pomiarowych oraz liczba punktów przyznanych w ramach kryterium	Maksymalna częstota próbkowania sygnału SPR oraz liczba punktów przyznanych w ramach kryterium	Zdolność do schładzania komory pomiarowej poniżej temperatury otoczenia oraz liczba punktów przyznanych w ramach kryterium	Poziom szumów linii podstawowej oraz liczba punktów przyznanych w ramach kryterium	Moduły oprogramowania (sterującego i do analizy) dedykowane analizie typu „fragment screening” oraz liczba punktów przyznanych w ramach kryterium	Moduły oprogramowania (sterującego i do analizy) dedykowane analizie termodynamicznej oddziaływania oraz liczba punktów przyznanych w ramach kryterium
1	ABL&E-JASCO Polska Sp.z o.o ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków	1.166.040,00 zł – 30 pkt	Przez 8 lat po okresie gwarancji – 10 pkt	2 – 5 punktów	10 Hz – 0 punktów	Do 10°C – 0 punktów	0,05 (μRIU) RMS – 5 punktów	Nie – 0 punktów	Nie – 0 punktów
2	GE Medical System Polska sp. z o.o. ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa	1.757.420,99 zł - 19,90 pkt	Przez 8 lat po okresie gwarancji – 10 pkt	4 – 10 punktów	40 Hz – 10 punktów	Do 20°C – 10 punktów	<0,05 (μRIU) – 10 punktów	Tak – 10 punktów	Tak – 10 punktów

Zgodnie ze szczegółową punktacją przedstawioną w tabeli powyżej, łączna liczna punktów wynosi:

L.p.	Nazwa (firma) wykonawcy	Łączna liczba punktów
1	ABL&E-JASCO Polska Sp.z o.o ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków	50,00 punktów
2	GE Medical System Polska sp. z o.o. ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa	89,90 punktów